

検査条件

使用機器:日立アロカメディカル株式会社製 CAN-OSP-NAI(簡易検査機器)(常陸大宮市役所・緒川総合支所)

検査法:NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

計測時間:30分間

使用機器:ATOMEX社製 AT1320(簡易検査機器)(山方総合支所) 野上・山方保育所(園)で使用

検査法:NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

計測時間:20分間

○測定結果

6月検査 上段第1・2週日 下段第3・4週日

保育所名	検体名	生産地	検査結果(Bq/kg)	
			セシウム134	セシウム137
大賀	ニンジン	茨城県	検出せず	検出せず
	大根	茨城県	検出せず	検出せず
山方	キャベツ	茨城県	検出せず	検出せず
	じゃがいも	茨城県	検出せず	検出せず
美和	じゃがいも	北海道	検出せず	検出せず
	小松菜	茨城県	検出せず	検出せず
大宮聖愛 大宮聖慈	ねぎ	茨城県	検出せず	検出せず
	米	茨城県	検出せず	検出せず
さくら	玉ねぎ	栃木県	検出せず	検出せず
	ミニトマト	茨城県	検出せず	検出せず
ひまわり	キャベツ	茨城県	検出せず	検出せず
	にら	茨城県	検出せず	検出せず
あゆみ	ニンジン	千葉県	検出せず	検出せず
	にら	茨城県	検出せず	検出せず
大宮みのり	米	栃木県	検出せず	検出せず
	じゃがいも	北海道	検出せず	検出せず
野上	ニンジン	茨城県	検出せず	検出せず
	じゃがいも	茨城県	検出せず	検出せず
上小瀬	ニンジン	千葉県	検出せず	検出せず
	キャベツ	秋田県	検出せず	検出せず
御前山	トマト	茨城県	検出せず	検出せず
	ブロッコリー	茨城県	検出せず	検出せず