

検査条件

使用機器:日立アロカメディカル株式会社製 CAN-OSP-NAI(簡易検査機器)

検査法:NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

計測時間:30分間

○測定結果

(検査機関 平成24年7月10日～27日)

保育所名	検体名	生産地	検査結果(Bq/kg)		
			ヨウ素-131	セシウム134	セシウム137
大賀	キャベツ	秋田県	検出せず	検出せず	検出せず
	米	茨城県	検出せず	検出せず	検出せず
山方	なす	茨城県	検出せず	検出せず	検出せず
	トマト	茨城県	検出せず	検出せず	検出せず
美和	キャベツ	茨城県	検出せず	検出せず	検出せず
	にんじん	青森県	検出せず	検出せず	検出せず